

ATA DA SESSÃO DE ABERTURA DA PROPOSTA COMERCIAL
Concorrência Nº 13652/2022

Às 9h50 do dia 19 de setembro de 2022, na sede da Administração Regional do Senac no Estado de São Paulo, à Rua Dr. Vila Nova, 228 – 1º andar, realizou-se a abertura das Propostas Comerciais que tem por objeto "AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS".

Apresentado pelas empresas:

Biochemlab Produtos e Serviços Tecnológicos Eireli
Cationlab Equipamentos e Produtos para Laboratório Eireli
FTS Multimarcas Ltda.
Indústria e Comércio Eletro Eletrônica GEHAKA Ltda.
Sierdovski & Sierdovski Ltda. - MService

Abrindo os trabalhos, Marcela Eduarda Oliveira de Carvalho, Presidente da Comissão Permanente de Licitação, passou a examiná-las e achando-as conforme, abriu-as e iniciou a leitura das respectivas Propostas Comerciais, as quais ficarão anexadas à presente ata. Terminada a leitura, solicitou ao representante presente da empresa concorrente que rubricasse todas as propostas e esclareceu que cumpria à Comissão Permanente de Licitação o estudo e o julgamento das Propostas Comerciais, ficando reservado à Administração do Senac de São Paulo a aceitação daquela que melhor atente à Entidade, a rejeição das Propostas ou, ainda, a anulação da Concorrência, sem que caiba aos concorrentes qualquer direito a indenização ou compensação. Finalizando, perguntou ao presente se gostaria de realizar alguma manifestação ou registrar algum apontamento em Ata e nada mais havendo a tratar, informou que as Propostas serão disponibilizadas no Portal de Licitações do Senac, bem como o resultado da análise e julgamento da licitação, em seguida encerrou a sessão lavrando-se a presente ata que vai assinada por todos os presentes

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO


MARCELA E. O. DE CARVALHO


BIANCA DE S. O. FREITAS


ROBSON OLÍMPIO

LICITANTE PRESENTE


INDÚSTRIA E COMÉRCIO ELETRO ELETRÔNICA GEHAKA LTDA.

São Paulo, 19 de Setembro de 2022.

Ref. Comenência N^o 13652/2022.

Prezados Senhores,

Nesta, a empresa Indústria e Comércio Eletro Eletrônica Global Ltda, nesta abertura realizada no dia 19/09/22, temos a constar nos autos deste processo, para os itens ora apresentados, temos a relatar que:

Item 01 - empresa Biochemlab - ofertou condutivímetro de bolso marca Akzo. Modelo AK51 não atende ao Edital - sensor separado do aparelho e alimentação: 1 bateria de 9V;

Item 05 - empresa FTS Multimarcas - ofertou - balança Marca Bel Modelo Mark L203 i - não apresentou catálogo e proposta informando a temperatura de operação 10°C à 40°C ou 15°C à 35°C;

Item 06 - empresa Biochemlab - ofertou - balança analítica Marca Marti - Modelo ATY 224 - sem calibração automática, a proposta e catálogo não informou o sistema de ajuste interno e informamos que o modelo ATY 224 é com calibração externa;

Item 09 - empresas Cationlab e FTS Multimarcas e Sierdovski apresentaram a Marca Fixatom Modelo 433 e Marca Tecnoxon PFM II respectivamente - não apresentam controle eletrônico de temperatura e sim por escala/manual;

Sem mais, agradecemos pela atenção.

Cordialmente,

Jarita K. dos Santos