

São Paulo, 15 de setembro de 2022.

**CONCORRÊNCIA Nº 13652/2022**  
**ABERTURA: DIA 19 DE SETEMBRO DE 2022 – ÀS 9H30**  
**OBJETO: "AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS".**

**CARTA DE ESCLARECIMENTOS I**

Encaminhamos abaixo os questionamentos e as respostas a todos os participantes:

• **ITEM 5 – BALANÇA SEMI ANALITICA DIGITAL – FARMÁCIA**

1) Será aceito a capacidade de 410g?

**RESPOSTA:** Atende - A capacidade solicitada foi de 200-300g, sendo também aceita a de 410g que apesar de ser maior, ainda é um tamanho aceitável para o espaço disponível no laboratório.

2) A temperatura poderá ser de 15°C A 35°C?

**RESPOSTA:** Atende – a temperatura de operação solicitada foi de 10°C a 40°C, sendo também aceita a de 15°C a 35°C, pois não impactará nas práticas dos cursos.

É importante destacar que a precisão, sensibilidade (deve ter 3 casas após a vírgula - 0,001g) e linearidade devem ser mantidas, conforme solicitada no Edital.

• **ITEM 6 – BALANÇA ANALITICA DIGITAL – FARMÁCIA**

1) A capacidade de pesagem poderá ser de 199,9990g?

**RESPOSTA:** Atende - A capacidade solicitada foi de 200-220g, sendo também aceita a 199,9990g, visto que a variação é mínima e não impactará nas práticas dos cursos.

2) A temperatura poderá ser de 15°C A 35°C?

**RESPOSTA:** Atende – a temperatura de operação solicitada foi de 5°C a 40°C, sendo também aceita a de 15°C a 35°C, pois não impactará nas práticas dos cursos.

3) O prato poderá ter as dimensões de 75mm?

**RESPOSTA:** Atende – o diâmetro do prato solicitado foi de no mínimo de 80 mm, sendo também aceito o de 75mm, pois a variação é de apenas 5mm e não impactará nas práticas dos cursos  
É importante destacar que a precisão, sensibilidade e linearidade devem mantidas, conforme consta no Edital.

- **ITEM 7 – PHMETRO DE BANCADA – FARMÁCIA**

1) Será aceita a precisão relativa de 0,002%?

**RESPOSTA:** Não atende, seguir com as especificações do Edital.

- **ITEM 8 – PLACA AQUECEDORA – FARMÁCIA**

1) Será aceito prato com dimensões 184mm x 184mm?

**RESPOSTA:** Atende – a dimensão estimada solicitada em edital da plataforma foi de diâmetro = 18-30cm x altura = 10-20, mas o prato de 184mm x 184mm também será aceito, visto comportar 2 béqueres de 250 mL, não impactando nas práticas dos cursos.

2) O gabinete com plataforma em vitrocerâmica, alta resistência química e capacidade de aquecimento. Será aceito?

**RESPOSTA:** Não atende, seguir com as especificações do Edital.

3) O equipamento será de 110V ou de 220V?

**RESPOSTA:** bivolt ou 220V.

## **COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**