

São Paulo, 23 de novembro de 2022.

CONCORRÊNCIA Nº 13729/2022
OBJETO: "AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTÉTICA".

À
DGM ELETRÔNICA LTDA EPP
A/C
DÉCIO GERALDO MINALLE

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS

Prezado,

Consoante o que estabelece o subitem 9.14 do Edital, solicitamos esclarecimentos referente ao **item 1 – MALETA OU CONSOLE PARA ESTÉTICA FACIAL/PODOLOGIA 4X1.**

- a) Informar se todos os itens abaixo solicitados em Edital estão contemplados na proposta comercial.

*** ALTA FREQUÊNCIA PARA ESTÉTICA FACIAL/PODOLOGIA – BIVOLT**

Descrição: aparelho gerador de alta frequência com baixa corrente que é aplicada através de eletrodos de vidro, com gás, como meio de condução elétrica. Neurodyn

Esthetic - IBRAMED ou similar.

- Acessórios (para utilização em Estética):
- 01 eletrodo esférico grande
- 01 eletrodo saturador
- 01 eletrodo fulgurador
- 01 eletrodo pente
- 01 bocal para alta frequência
- modelo em gabinete, tamanho compacto, fácil de transportar
- Acessórios (para utilização em Podologia)

Eletrodos principais:

- Cachimbo Maior
- Cauterizador

Eletrodos secundários:

- Pocinho
- Rabo de Baleia

*** CORRENTE EXCITOMOTORA (RUSSA OU AUSSIE/AUSTRALIANA)**

Descrição: corrente usada para a estimulação muscular.

*** CORRENTE GALVÂNICA (POLARIZADA) PARA ESTÉTICA FACIAL.**

Descrição: Também conhecida como direta ou contínua. É uma corrente do tipo polarizada direta) e com sentido unidirecional, ou seja, os elétrons caminham num só sentido do polo negativo para o positivo. Devido a essa particularidade, ela produz um efeito eletroquímico.

*** MICROCORRENTE PARA ESTÉTICA FACIAL.**

Descrição: Corrente modulada em tipos de onda contínua ou pulsada, com valores de frequência baixa e com amperagem medida em microampères (μA).

OBS: Deve vir acompanhado do acessório "Bastão Corporal" que permite acoplar ao equipamento.

Desta forma, solicitamos resposta até o dia **25 de novembro de 2022**, por meio do e-mail: licitacao.gms@sp.senac.br.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO