

PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 2025000038
OBJETO: "FORNECIMENTO E ENTREGA DE EQUIPAMENTOS
ODONTOLÓGICOS".

Ao setor de Licitações,

Encaminhamos a Análise e Parecer das propostas comerciais apresentadas:

ANÁLISE DOS EQUIPAMENTOS OFERTADOS

ITEM 1 - APARELHO DE PROFILAXIA: ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO;
O equipamento ofertado menor preço pela empresa Medical Dental Advance Advance não atende às especificações técnicas mínimas exigidas, pois não possui controle de temperatura da água, conforme especificado. Recomendamos a convocação da licitante que apresentou o 2º menor preço.

ITEM 2 – FOTOPOLIMERIZADOR;
O equipamento ofertado pela empresa Praiamari Comércio de Cosméticos Ltda. embora tenha o menor preço, não atende às especificações técnicas mínimas exigidas; o peso com bateria é de 259g, enquanto o especificado é entre 130 e 140g. Recomendamos a convocação da licitante que apresentou o 2º menor preço.

ITEM 3 - LASER DE BAIXA POTÊNCIA;
O equipamento ofertado pela empresa Praiamari Comércio de Cosméticos Ltda. atende às especificações técnicas mínimas exigidas.

ITEM 4 - ITEM 4 - KIT ACADÊMICO (MICROMOTOR + CONTRA-ÂNGULO 1:1 + PEÇA RETA + CANETA DE ALTA ROTAÇÃO) E ENGATE 2 PINOS (BORDEN);
O equipamento ofertado pela empresa Mosaico Comercial e Serviços Ltda ME atende às especificações técnicas mínimas exigidas.

ITEM 5 - MICROMOTOR ELÉTRICO COM CONTRA-ÂNGULO MULTIPLICADOR;
O equipamento ofertado pela empresa Sierdovski Tecnologia Ltda. atende às especificações técnicas mínimas exigidas.

ITEM 6 - ULTRASSOM PIEZO SURGERY;
O equipamento ofertado pela empresa Sierdovski Tecnologia Ltda. atende às especificações técnicas mínimas exigidas.

ITEM 7 - CÂMARA PARA LAVAGEM E CURA;
Medical Dental Advance Advance não atende às especificações técnicas mínimas exigidas. O equipamento ofertado trata-se de uma impressora 3D, enquanto o

Gerência de Materiais e Serviços
Senac São Paulo

Rua Dr. Vila Nova, 228 - 7º andar
CEP: 01222-903 — São Paulo / SP — Brasil
Tel.: (11) 3236-2101
gms@sp.senac.br
www.sp.senac.br

item especificado é uma câmara de lavagem e cura. Recomendamos a convocação da licitante que apresentou o 2º menor preço.

ITEM 8 - APARELHO DE BANHO ELETROLÍTICO (PPR);

O equipamento ofertado pela empresa Sierdovski Tecnologia Ltda. atende às especificações técnicas mínimas exigidas.

ITEM 9 - ASPIRADOR PARA JATO DE ÓXIDO E GESSO MULTIUSO;

O equipamento ofertado menor preço pela empresa Medical Dental Advance Advance não atende às especificações técnicas mínimas exigidas; o equipamento ofertado é um aspirador para bancada de prótese dentária, enquanto o item especificado requer um aspirador para conexão com o equipamento de jateamento de óxido de alumínio e esfera de vidro (Trijato). Recomendamos a convocação da licitante que apresentou o 2º menor preço.

ITEM 10 - TORNO DE POLIMENTO OU MOTOR DE POLIMENTO;

O equipamento ofertado pela empresa Athena Comércio de Produtos Odontológicos, Médicos e Hospitalares EIRELI atende às especificações técnicas mínimas exigidas.

ITEM 11 - TERMOPOLIMERIZADOR HIDROPNEUMATIC;

O equipamento ofertado pela empresa Sierdovski Tecnologia Ltda. atende às especificações técnicas mínimas exigidas.

ITEM 12 - ASPIRADOR PROTÉTICO DE BANCADA;

O equipamento ofertado pela empresa Mosaico Comercial e Serviços Ltda ME atende às especificações técnicas mínimas exigidas.

São Paulo, 13 de maio de 2025.

Andréa Ricci
Odontologia Senac Campinas

Piero Grieco Hellmeister
Odontologia Senac Tiradentes

Gerência de Materiais e Serviços
Senac São Paulo

Rua Dr. Vila Nova, 228 - 7º andar
CEP: 01222-903 — São Paulo / SP — Brasil
Tel.: (11) 3236-2101
gms@sp.senac.br
www.sp.senac.br