

**PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 2025000038**  
**OBJETO: "FORNECIMENTO E ENTREGA DE EQUIPAMENTOS**  
**ODONTOLÓGICOS".**

Ao setor de Licitações,

Encaminhamos a Análise e Parecer das propostas comerciais apresentadas:

**3ª ANÁLISE DOS EQUIPAMENTOS OFERTADOS**

**ITEM 1 - APARELHO DE PROFILAXIA: ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO;**  
O equipamento ofertado pela empresa Athena Comércio de Produtos Odontológicos Médicos e Hospitalares Eirelli, atende às especificações técnicas mínimas exigidas.

**ITEM 2 – FOTOPOLIMERIZADOR;**  
O equipamento ofertado pela empresa Dental Maria Ltda. não atende às especificações técnicas mínimas exigidas; O Fotopolimerizador ofertado pesa 190g, excedendo o limite de 130–140g fixado no edital. Esse intervalo foi estabelecido por critérios de ergonomia e segurança para uso prolongado por alunos em clínicas-escola: equipamentos mais pesados elevam o risco de fadiga, reduzem a precisão dos movimentos e podem contribuir para LER, comprometendo o processo de aprendizagem. Há, no mercado nacional, ao menos duas marcas consolidadas que atendem plenamente à faixa de peso estipulada além da marca de referência, de modo que a exigência não restringe a competitividade do certame. Assim, recomenda-se a convocação da licitante classificada em quarto menor preço.

São Paulo, 07 de julho de 2025.

Piero Grieco Hellmeister  
Odontologia Senac Tiradentes

Gerência de Materiais e Serviços  
Senac São Paulo

Rua Dr. Vila Nova, 228 - 7º andar  
CEP: 01222-903 — São Paulo / SP — Brasil  
Tel.: (11) 3236-2101  
[gms@sp.senac.br](mailto:gms@sp.senac.br)  
[www.sp.senac.br](http://www.sp.senac.br)